

**SPEZIFIKATION**

**Produkt** : Ziegenserum, unsteril **Seite** : 1 / 1  
**Produkt Nr.** : 0450001500 5000 ml **Version** : 2  
**gültig ab** : 02/06

**Synonyme** : Ziegenserum, roh  
Ziegenserum, unfiltriert

**Ursprung** : Europa

Test	Methode	Spezifikationswert
Gesamtkeimzahl	gemäss USP < 61 >	$\leq 5 \times 10^3$ KBE/ml
Gesamtprotein	Biuret, ( Methode 5 ) 2.5.33	6,0 – 8,5 g/dl
Bakterienendotoxine	LAL-Test, ( Methode D ) 2.6.14	$\leq 5$ ng/ml
Osmolalität	Gefrierpunkterniedrigung 2.2.35	260 - 330 mOsm/KgH <sub>2</sub> O
Glukose	Teststerifen „Accutrend“ Fa. Roche Diagnostics GmbH	20 - 60 mg/dl
Haemoglobin	nach Flemming, F. & Woolf, J. Clin. Chim. Acta, 12 (1965) 67-74	$\leq 40$ mg/dl
pH-Wert	potentiometr. Methode 2.2.3	6,5 – 8,5

**Primärverpackung** : PE-Kanister mit Originalitätsverschluss  
**Lagerung** :  $\leq -20^{\circ}\text{C}$   
**Haltbarkeit** : 3 Jahre